



تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲  
تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰  
تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳  
تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰  
01: ویرایش  
50IN26: کد دستورالعمل

## مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) بهبود کیفیت و اعتبار بخشی دستورالعمل داخلی

عنوان دستورالعمل: کنترل کیفیت آزمایشهای مختلف در بخش پاتولوژی

مخاطبین: کلبه پرسنل آزمایشگاه

هدف: اطمینان از کیفیت نتایج آزمایشات و کاهش خطاهای تشخیصی و در نتیجه ارتقای ایمنی بیماران در مراحل تشخیصی و درمان های متعاقب آن

**این دستورالعمل بایستی توسط پرسنل بخش پاتولوژی آزمایشگاه با نظارت مسئول فنی مربوطه به صورت زیر انجام شود:**

- کنترل کیفی دستگاه ها طبق دستورالعمل موجود توسط مسئول هر دستگاه
- کنترل کیفی رنگ لام های رنگ آمیزی شده با استفاده از لام آپاندیس
- کنترل کیفی برش لام های برش زده شده از نظر ضخامت برش ها
- کنترل کیفی نمونه ها پس از انجام پروسیسینگ در دستگاه تیشوپروسور
- انجام کنترل کیفی در هر ران کاری توسط مسئول آزمایشگاه
- ایجاد مستندات کنترل کیفی توسط مسئول استانداردسازی
- انجام سرویس سالانه توسط شرکت دستگاه مربوطه

### وسایل مورد نیاز:

- دستگاه های فنی موجود در بخش اعم از تیشوپروسور، میکروتوم، تیشوفلات، دستگاه پارافین

### منابع:

- دستورالعمل ها و استانداردهای آزمایشگاهی

| تهیه کننده / تهیه کنندگان                  |  |  |
|--|--|--|
| دکتر مرضیه میرزایی<br>(پاتولوژیست)         | الهام مجیدی<br>(پرسنل پاتولوژی)                          | دکتر فرامرز دارابی<br>(مسئول کمیته علمی آزمایشگاه)       |
| ابلاغ کننده                                | تصویب کننده  | تأیید کننده  |
| دکتر سید محمد جمالیان<br>(ریاست بیمارستان) | دکتر مرضیه میرزایی<br>(پاتولوژیست و مسئول فنی آزمایشگاه) | دکتر مرضیه میرزایی<br>(پاتولوژیست و مسئول فنی آزمایشگاه) |