


<p>تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲ تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰ تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳ تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰</p>	<p>دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) عنوان روش اجرایی: اقتصاد سنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی کد روش اجرایی: 01PL 58 صفحه: ۱ از ۲ ویرایش: 01</p>	
--	--	---

عنوان روش اجرایی:

اقتصاد سنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی

دامنه:

واحد تجهیزات پزشکی، کمیته اقتصاد دارو، درمان و تجهیزات پزشکی

تعاریف و اصطلاحات:

-

هدف:


افزایش کارایی و بهره وری تجهیزات پزشکی و کاهش هزینه های تعمیر، نگهداری و نهایتاً مدیریت بیمارستانی

فرد پاسخگو: روش ارزیابی:

کارشناس تجهیزات پزشکی، ارزیابی از طریق مشاهده و مصاحبه

روش اجرا:

۱. کارشناس تجهیزات پزشکی به صورت دوره ای و نیز طبق درخواست بخش های مختلف بیمارستان از تجهیزات بخش ها بازدید می کند.
۲. کارشناس تجهیزات پزشکی دستگاه ها را از نظر هزینه تعمیر، سرویس و نگهداری و یا تعویض و به روز نمودن پایش می کند.
۳. کارشناس تجهیزات پزشکی اقدامات لازم برای به روز شدن دستگاه ها را مطابق با نوع دستگاه و معیارهای کارشناسی انجام می دهد (مثلاً اولویت جایگزین کردن دستگاه با توجه به هزینه های تعمیر و یا اضافه کردن option مربوطه جهت به روز شدن دستگاه و کاهش هزینه ها).
۴. کارشناس تجهیزات پزشکی به هنگام خریداری دستگاه، هزینه اقلام و لوازم مصرفی دستگاه را پایش و بررسی می کند.
۵. کارشناس تجهیزات پزشکی تکنولوژی روز دنیا و برندهای مختلف و نیز نوع خدمات پس از فروش شرکت های نمایندگی را پیگیری می کند.
۶. کارشناس تجهیزات پزشکی هزینه های نگهداشت و تأمین لوازم و اقلام مصرفی دستگاه در مقابل درآمد دستگاه را بررسی می کند.
۷. کارشناس تجهیزات پزشکی نحوه بررسی قابلیت های کیفی و مورد انتظار دستگاه ها مطابق با نیاز مرکز، پیش بینی راه های ارتقای قابلیت های تجهیزات پزشکی و لحاظ شیوه های اقتصاد سنجی تجهیزات پزشکی را بعد از بررسی تخصصی با توجه به پارامترهای مورد نظر کاربر، مرکز و اداره کل تجهیزات پزشکی تعیین کرده و در صورت نیاز در کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان مطرح می نماید.
۸. مسئولین بیمارستان شرایط مناسب جهت شرکت کارشناسان تجهیزات پزشکی در نمایشگاه ها، کنگره های اختصاصی و کارگاه های آموزشی به منظور آشنایی با تکنولوژی جدید و به روز و ارتقای دانش فنی را فراهم می کنند.

<p>تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲ تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰ تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳ تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰</p>	<p>دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) عنوان روش اجرایی: اقتصاد سنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی کد روش اجرایی: 01PL 58 صفحه: ۲ از ۲ ویرایش: 01</p>	
--	---	---

امکانات و تسهیلات مورد نیاز:

منابع:

تجربه بیمارستان

تهیه کننده / تهیه کنندگان		
مهندس آترا جودکی (مهندس تجهیزات پزشکی)	دکتر احمدرضا عابدی (مدیر بیمارستان)	مهندس ساویز ابراهیمی (مسئول تجهیزات پزشکی)
ابلاغ کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
دکتر سید محمد جمالیان (ریاست بیمارستان)	اعضای کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان	مهندس ساویز ابراهیمی (مسئول تجهیزات پزشکی)