


<p>تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲ تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰ تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳ تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰</p>	<p>دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) <b>عنوان روش اجرایی: تامین تجهیزات پشتیبان و یا تعمیر آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن و در طول شبانه روز و ایام تعطیلات</b> کد روش اجرایی: 01PL 61 صفحه: ۱ از ۲ ویرایش: 01</p>	
--	--	---

### عنوان روش اجرایی:

تامین تجهیزات پشتیبان و یا تعمیر آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن و در طول شبانه روز و ایام تعطیلات

### دامنه:

واحد تجهیزات پزشکی، کلیه بخش های درمانی، بخش های پاراکلینیک (CSR)، رادیولوژی، آزمایشگاه، کلینیک تخصصی و سرپایی، واحد مدیریت

### تعاریف و اصطلاحات:

-

### هدف:

استمرار خدمات وابسته به تجهیزات کلیدی و حیاتی بیمارستان در تمام ساعات شبانه روز و کلیه ایام

### فرد پاسخگو: روش ارزیابی:


کارشناس تجهیزات پزشکی، ارزیابی از طریق مشاهده و مصاحبه

### روش اجرا:

تجهیزات پزشکی دارای پشتیبان در بیمارستان به شرح زیر می باشد:

- دستگاه الکتروشوک
- دستگاه ECG
- دستگاه مانیتورینگ قلبی
- دستگاه ساکشن
- لارنگوسکوپ
- دستگاه پالس اکسی متر
- دستگاه UPS
- دستگاه ونتیلاتور

۱. کارشناس تجهیزات پزشکی با همکاری مسئولین بخش ها، تجهیزات نیازمند پشتیبان را شناسایی و لیست می کند.
۲. کارشناس تجهیزات پزشکی در صورت خرابی دستگاه و عدم وجود دستگاه پشتیبان در بخش بعد از هماهنگی با مدیریت بیمارستان، نسبت به استقرار دستگاه پشتیبان تا تعمیر و راه اندازی دستگاه بخش اقدام می نماید.
- \* در صورت عدم وجود دستگاه پشتیبان در بخش و نیاز اورژانسی به دستگاه، مسئول شیفت وقت با هماهنگی سوپروایزر کشیک نسبت به انتقال دستگاه از بخش مجاور پشتیبان (نزدیک ترین بخش) اقدام می نماید.
۳. کارشناس تجهیزات پزشکی در صورت خرابی دستگاه و عدم امکان در اختیار قرار دادن دستگاه پشتیبان، پس از هماهنگی با مدیریت بیمارستان علاوه بر اعلام خرابی مکتوب نسبت به اعلام خرابی به شرکت نمایندگی توسط شماره های ONCALL و تعمیر دستگاه در اسرع وقت اقدامات لازم را به عمل می آورد. چنانچه خرابی در ایام تعطیل رسمی اتفاق افتد، کارشناس تجهیزات پزشکی نظر به نوع دستگاه مورد نیاز و حساسیت آن با شماره تلفن های اورژانس و ONCALL شرکت های پشتیبانی دستگاه ها تماس حاصل می نماید.

<p>تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲ تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰ تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳ تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰</p>	<p>دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) عنوان روش اجرایی: تامین تجهیزات پشتیبان و یا تعمیر آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن و در طول شبانه روز و ایام تعطیلات کد روش اجرایی: 01PL 61 صفحه: ۲ از ۲ ویرایش: 01</p>	
--	---	---

**امکانات و تسهیلات مورد نیاز:**

**منابع:**

تجربه بیمارستان

تهیه کننده / تهیه کنندگان		
مهندس آترا جودکی (مهندس تجهیزات پزشکی)	دکتر احمدرضا عابدی (مدیر بیمارستان)	مهندس ساویز ابراهیمی (مسئول تجهیزات پزشکی)
ابلاغ کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
دکتر سید محمد جمالیان (ریاست بیمارستان)	اعضای کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان	مهندس ساویز ابراهیمی (مسئول تجهیزات پزشکی)