


<p>تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲ تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰ تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳ تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰</p>	<p>دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) عنوان روش اجرایی: کنترل کیفی تجهیزات پزشکی یا آزمون کالیبراسیون کد روش اجرایی: 01PL 60 صفحه: ۱ از ۱ ویرایش: 01</p>	
--	--	---

عنوان روش اجرایی:

کنترل کیفی تجهیزات پزشکی یا آزمون کالیبراسیون

دامنه:

واحد تجهیزات پزشکی، کلیه بخش های درمانی، بخش های پاراکلینیک (CSR)، رادیولوژی، آزمایشگاه، کلینیک تخصصی و سرپایی، واحد مدیریت

تعاریف و اصطلاحات:

کالیبراسیون: عبارت است از اندازه گیری خروجی های دستگاه تحت آزمایش توسط دستگاه آزمونگر با صحت و دقت معلوم و قابل ردیابی در شرایط معین و در محدوده مشخص شده و با مرجع استاندارد

هدف:

بهبود کیفیت خدمات و ارتقای ایمنی بیماران در ارائه خدمات وابسته به تجهیزات پزشکی

فرد پاسخگو: روش ارزیابی:

کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان، ارزیابی از طریق مشاهده، مصاحبه و مستندات

روش اجرا:

۱. واحد تجهیزات پزشکی لیست تجهیزات پزشکی مشمول بررسی کنترل کیفی را تهیه و اعلام می نماید.
۲. واحد امور مالی نسبت به تامین اعتبار لازم جهت بررسی کنترل کیفی اقدام می کند.
۳. واحد تدارکات با هماهنگی واحد تجهیزات پزشکی نسبت به عقد قرارداد با شرکت های مجاز کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اقدام می نماید.
۴. کارشناس تجهیزات پزشکی هماهنگی لازم جهت استقرار تیم کنترل کیفی تجهیزات پزشکی را با مدیریت مرکز، مدیر پرستاری و مسئولین بخش ها انجام می دهد.
۵. کارشناسان شرکت های مورد نظر طبق برنامه زمان بندی تحت نظارت کارشناس تجهیزات پزشکی مرکز و مسئول بخش مربوطه بر نحوه و عملکرد انجام آزمون کالیبراسیون تجهیزات، به بررسی و کنترل کیفی دستگاه ها می پردازند.
۶. کارشناسان شرکت های مورد نظر بر روی دستگاه های بررسی و تایید شده از نظر کنترل کیفی برچسب کالیبراسیون نصب می نمایند.

امکانات و تسهیلات مورد نیاز:

منابع:

تجربه بیمارستان

تهیه کننده / تهیه کنندگان		
مهندس ساويز ابراهيمي (مسئول تجهیزات پزشکی)		
تأیید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
مهندس ساويز ابراهيمي (مسئول تجهیزات پزشکی)	اعضای کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان	دکتر سيد محمد جمالیان (ریاست بیمارستان)

