

ادامه بخش دوم : منابع			
2-3- تجهیزات اتاق معاینه			
نحوه امتیاز دهی: در صورت موجود بودن و سالم بودن تجهیزات مطابق با سنجه ها، امتیاز 1 و در صورت موجود نبودن یا سالم نبودن، امتیاز 0 داده می شود.			
نحوه سنجش : مشاهده			
24	سقف امتیاز	2-3-1- تجهیزات سرمایه ای	
توضیحات	امتیاز	سنجه	ردیف
	1	منبع روشنایی قابل تنظیم	2.3.1.1
	0	یخچال با ترمومتر	2.3.1.2
	0	ترمومتر دیواری	2.3.1.3
	1	ساعت دیواری	2.3.1.4
	1	کپسول آتش نشانی سالم و با تاریخ معتبر	2.3.1.5
	1	قفسه دارویی	2.3.1.6
	0	جعبه نمایش X-Ray	2.3.1.7
	1	خروجی اکسیژن به ازای هر تخت/کپسول اکسیژن	2.3.1.8
	1	خروجی ساکشن مرکزی به ازای هر تخت/ دستگاه ساکشن پورتابل	2.3.1.9
	1	تخت معاینه	2.3.1.10
	1	تخت ژنیکولوژی	2.3.1.11
	1	چهار پایه کنار تخت	2.3.1.12
	1	دستگاه اندازه گیری فشارخون	2.3.1.13
	1	گوشی	2.3.1.14
	1	جعبه دفع وسایل تیز و برنده آلود (safety box)	2.3.1.15
	1	سیستم تماس فوری (اعلام کد)	2.3.1.16
	0	زنگ فراخوان (nurse call)	2.3.1.17
	1	گوشی مامایی/سونیک اید	2.3.1.18

2.3.1.19	دستگاه قتال مانیتورینگ مجهز به توکومتر	1	
2.3.1.20	گرم کننده تابشی	0	
2.3.1.21	میز کار یا ابزار و وسایل	1	
2.3.1.22	ترازو	1	
2.3.1.23	سینک دستشویی	1	
2.3.1.24	پایه سرم سیار	1	
	جمع امتیاز	19	
2-3-2	لوازم غیر مصرفی	سقف امتیاز	3
نحوه امتیاز دهی: در صورت موجود بودن و سالم بودن مطابق با سنجه ها، امتیاز 1 و در صورت موجود نبودن یا سالم نبودن، امتیاز 0 داده می شود.			
نحوه سنجش : مشاهده			
ردیف	سنجه	امتیاز	توضیحات
2.3.2.1	پک زایمان مطابق استاندارد	1	
2.3.2.2	ترالی احیا استاندارد	1	
2.3.2.3	ست پره اکلامپسی	1	
	جمع امتیاز	3	
2-3-3	لوازم مصرفی	سقف امتیاز	12
نحوه امتیاز دهی: در صورت موجود بودن و تاریخ مصرف معتبر مطابق با سنجه ها، امتیاز 1 و در صورت موجود نبودن یا تاریخ مصرف غیر معتبر، امتیاز 0 داده می شود.			
نحوه سنجش : مشاهده			
ردیف	سنجه	امتیاز	توضیحات
2.3.3.1	دستکش استریل	1	
2.3.3.2	لوله بینی	1	
2.3.3.3	کاتتر	1	
2.3.3.4	ماسک	1	
2.3.3.5	ست انفوزیون	1	
2.3.3.6	ست تزریق خون	1	
2.3.3.7	آنژیوکت	1	

ردیف	سنجه	امتیاز	توضیحات
2.3.3.8	اسکالپ وین	1	
2.3.3.9	سرنگ در اندازه های مختلف	1	
2.3.3.10	کلامپ بندناف	1	
2.3.3.11	پوار	1	
2.3.3.12	ترمومتر دهانی	1	
	جمع امتیاز	13	1