


کد دستورالعمل: ۳-INS-CSR	بسمه تعالی بیمارستان والفجر تفرش واحد بهبود کیفیت	
تاریخ ابلاغ: 1396/08/01		
تاریخ بازبینی: 1397/08/01	عنوان دستورالعمل: نحوه بازخوانی ابزار و وسایل استریل از بخش ها	

هدف:

تضمین ایمنی بیمار است بدین معنی که هیچ ست یا بسته مشکوکی که ما از استریل بودن آن اطمینان نداریم برای بیماران مصرف نگردد

دامنه کاربرد:

کارکنان واحد CSSD

تعاریف:

فراخوانی و بازگرداندن کلیه بسته های استریل شده از بخش های مختلف بیمارستان و اتاق عمل به واحد CSSD به منظور مجدد Reprocessing را باز خوانی یا Recall می گویند.

مهارت مسئول:




شرح اقدامات:

- ۱- مسئول CSSD با سرپرستاران بخش ها در مورد بازخوانی Recall هماهنگی انجام دهند.
 - ۲- پرستاران بخش های درمانی در صورت باز شدن ست ها ، پاس شدن اندیکاتورهای کلاس ۴ و ۶ درون بسته ها و ست هارا چک کنند.
 - ۳- پرستاران بخش های درمانی در صورت انقضاء پک ها و ست ها ، توسط خدمات آنها را به واحد CSSD جهت استریل مجدد ارسال کنند.
 - ۴- پرستاران بخش های درمانی ست ها و پک های تاریخ گذشته را باز کرده و تست اندیکاتور کلاس ۴ و ۶ را تعویض کنند. (تست کلاس ۴ برای ست های کمتر از ۵ قلم و تست کلاس ۶ برای ست های بیشتر از ۵ قلم)
 - ۵- پرستاران بخش های درمانی تست اتوکلاو پک و ست ها را عوض کنند و بر روی آن تاریخ جدید استریل ، تاریخ انقضاء ، نام ست ، فرد پک کننده و نام بخش را بنویسند.
 - ۶- پرستاران بخش های درمانی در صورت خیس شدن یا پاره شدن پک ها یا ست های استریل آن را تعویض کنند و تست اتوکلاو را بر روی شان جدید زده و روی آن نام ست - فرد پک کننده - نام بخش - تاریخ استریل و تاریخ انقضاء را زده و مجددا جهت استریل توسط خدمات به واحد CSSD ارسال کنند.
 - ۷- پرسنل واحد CSSD ست های دریافتی از سایر بخش ها را در دفتر تحویل و تحول ست ها ثبت می کند.
 - ۸- پرسنل واحد CSSD بسته ها و ست ها را استریل کنند.
 - ۹- خدمات بخش هاجت تحویل بسته های استریل شده خود در ساعت مشخص شده به واحد CSSD مراجعه کنند.
- در صورت بروز اختلال در کار دستگاه اتوکلاو و عدم اطمینان از استریل بودن بسته ها ، مسئول واحد CSSD طی تماس تلفنی با مسئولین بخش ها ، از آن ها می خواهد ست ها و پک ها را به واحد CSSD جهت استریل مجدد ارجاع دهند.

مستندات و سوابق:

منابع:

کتاب راهنمای مراقبت عفونت های بیمارستانی

<p>تهیه کننده:</p> <p>علی سلگی-کارشناس بهداشت محیط</p> 	<p>تایید کننده:</p> <p>علی سلگی-مدیریت بیمارستان</p> 	<p>تصویب کننده:</p> <p>دکتر کوروش دالوندی-ریاست بیمارستان</p> 
--	--	---