



دانشگاه علوم پزشکی اراک

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

عنوان دستورالعمل: کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش مولکولی و ژنتیک

1395/10/26

تاریخ اولین ابلاغ :

1404/02/27

تاریخ آخرین بازنگری

1405/02/27

تاریخ بازنگری بعدی:

IN/LS/17/04

کد سند :

عنوان:

دستورالعمل کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش مولکولی و ژنتیک

دامنه:

واحد آزمایشگاه

تعاریف و اصطلاحات:

هدف:

اطمینان از کیفیت نتایج آزمایشات و کاهش خطاهای تشخیصی و در نتیجه ارتقای ایمنی بیماران در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

فرد پاسخگو: روش ارزیابی:

مسئول فنی آزمایشگاه، سوپروایزر و کارکنان آزمایشگاه، ارزیابی از طریق مشاهده، مصاحبه و مستندات

روش اجرا:

این دستورالعمل بایستی توسط پرسنل بخش مولکولی و ژنتیک آزمایشگاه با نظارت مسئول فنی مربوطه به صورت زیر انجام شود:

- انجام کنترل کیفی دستگاه ها توسط مسئول هر دستگاه
- انجام کنترل کیفی در هر ران کاری توسط مسئول آزمایشگاه
- ایجاد مستندات کنترل کیفی توسط مسئول استانداردسازی
- انجام سرویس سالانه توسط شرکت دستگاه مربوطه
- شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی و مقایسه نتایج آزمایشگاه با نتایج بدست آمده از سایر آزمایشگاه ها

امکانات و تسهیلات مورد نیاز:

تجهیزات آزمایشگاه

منابع:

راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران، ویرایش پنجم، 1401



جزوات منتشر شده و الزامات مربوط به مستندسازی آزمایشگاه مرجع سلامت

الزامات مستندسازی و کتاب جامع آزمایشگاهی



دانشگاه علوم پزشکی اراک
مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)
عنوان دستورالعمل: کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش مولکولی و ژنتیک

تاریخ اولین ابلاغ : 1395/10/26
تاریخ آخرین بازنگری 1404/02/27
تاریخ بازنگری بعدی: 1405/02/27
کد سند : IN/LS/17/04

تهیه کننده/ تهیه کنندگان		
 مهرداد نحوی (سوپروایزر آزمایشگاه)		دکتر فرامرز دارابی (مسئول فنی بیوشیمی و مسئول آموزش آزمایشگاه)
ابلاغ کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
دکتر رضا شجاعی (ریاست بیمارستان) 	دکتر فرزانه داداشی قرتکلایی (مسئول فنی آزمایشگاه) 	دکتر فرزانه داداشی قرتکلایی (مسئول فنی آزمایشگاه) 