



عنوان:

روش اجرایی نظارت مستمر بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش ها

دامنه:

واحد آزمایشگاه

تعاریف و اصطلاحات:

-

هدف:

مشخص شدن جواب های نرمال از غیر نرمال و ارتقای ایمنی بیماران در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

فرد پاسخگو: روش ارزیابی:

مسئول فنی آزمایشگاه، ارزیابی از طریق مشاهده، مصاحبه و مستندات

روش اجرا:

تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش های مختلف در آزمایشگاه بیمارستان:

1. مسئول فنی آزمایشگاه بر تعیین و تغییر محدوده پارامترها نظارت نموده و محدوده مرجع آزمایشات مختلف را از طریق منابع رفرانس و یا از طریق بروشورهای کیت های موجود در آزمایشگاه تعیین می نماید. در صورت تعویض کیت و متفاوت بودن محدوده مرجع کیت جدید با محدوده مرجع قبلی، محدوده مرجع را بر اساس کیت جدید تغییر می دهد.
2. مسئول انفورماتیک بیمارستان محدوده های مرجع را در سیستم HIS ثبت نموده و سپس از موارد ثبت شده پرینت می گیرد.
3. مسئول فنی صحت ورود اطلاعات به سیستم HIS را مورد بررسی قرار داده و آن ها را تایید می نماید.

تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش های مختلف در آزمایشگاه ارجاع:

1. مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع، به طریق فوق بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش های مختلف در آن آزمایشگاه نظارت دارد. به دلیل اینکه قبل از انعقاد قرارداد با آزمایشگاه ارجاع، آن آزمایشگاه از طرف اداره امور آزمایشگاه ها مورد تایید قرار گرفته است، به محدوده مرجع آن ها نیز اطمینان می باشد.
2. مسئول فنی آزمایشگاه رنج نرمال تست های ارجاعی را از آزمایشگاه ارجاع دریافت و در سیستم HIS آزمایشگاه بیمارستان به طریق فوق وارد می نماید و از مسئول آزمایشگاه مورد نظر درخواست می نماید که در صورت ایجاد تغییرات جدید در کیت های مورد استفاده، رنج های جدید را به آزمایشگاه ارجاع دهنده اعلام نماید.

امکانات و تسهیلات مورد نیاز:

HIS، کتاب های مرجع آزمایشگاه



دانشگاه علوم پزشکی اراک
مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

عنوان روش اجرایی: نظارت مستمر بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش ها





1395/10/12
1404/02/27
1405/02/27
PR/LS/38/06

تاریخ اولین ابلاغ :
تاریخ آخرین بازنگری
تاریخ بازنگری بعدی:
کد سند :

منابع:

جزوات منتشر شده و الزامات مربوط به مستندسازی آزمایشگاه مرجع سلامت

الزامات مستندسازی و کتاب جامع آزمایشگاهی

تهیه کننده/ تهیه کنندگان		
 مهرداد نحوی (سوپروایزر آزمایشگاه)	 دکتر فرامرز دارابی (مسئول فنی بیوشیمی و مسئول آموزش آزمایشگاه)	
ابلاغ کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
 دکتر رضا شجاعی (ریاست بیمارستان)	 دکتر فرزانه داداشی فرتکلای (مسئول فنی آزمایشگاه)	 دکتر فرزانه داداشی فرتکلای (مسئول فنی آزمایشگاه)