



دانشگاه علوم پزشکی اراک

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج)

عنوان روش اجرایی: اقتصاد سنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی

تاریخ اولین ابلاغ:
تاریخ آخرین بازنگری:
تاریخ بازنگری بعدی:
کد سند:

1397/08/04
1404/02/27
1405/02/27
PR/EM/05/00

عنوان روش اجرایی:

اقتصاد سنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی

دامنه:

واحد تجهیزات پزشکی، کمیته اقتصاد دارو، درمان و تجهیزات پزشکی کلبه بخشهای درمانی و بخش مراقبت دارویی

تعاریف و اصطلاحات:

هدف:

افزایش کارایی و بهره وری تجهیزات پزشکی و کاهش هزینه های تعمیر، نگهداری و نهایتاً مدیریت بیمارستانی

فرد پاسخگو: روش ارزیابی:

کارشناس تجهیزات پزشکی، ارزیابی از طریق مشاهده و مصاحبه بررسی مستندات نیازسنجی

روش اجرا:

1. کارشناس تجهیزات پزشکی به صورت دوره ای و نیز طبق درخواست بخش های مختلف بیمارستان از تجهیزات بخش ها بازدید می کند.
2. کارشناس تجهیزات پزشکی دستگاه ها را از نظر هزینه تعمیر، سرویس و نگهداری و یا تعویض و به روز نمودن پایش می کند.
3. کارشناس تجهیزات پزشکی اقدامات لازم برای به روز شدن دستگاه ها را مطابق با نوع دستگاه و معیارهای کارشناسی انجام می دهد (مثلاً اولویت جایگزین کردن دستگاه با توجه به هزینه های تعمیر و یا اضافه کردن option مربوطه جهت به روز شدن دستگاه و کاهش هزینه ها).
4. کارشناس تجهیزات پزشکی به هنگام خریداری دستگاه، هزینه اقلام و لوازم مصرفی دستگاه را پایش و بررسی می کند.
5. کارشناس تجهیزات پزشکی تکنولوژی روز دنیا و برندهای مختلف و نیز نوع خدمات پس از فروش شرکت های نمایندگی را پیگیری می کند.
6. کارشناس تجهیزات پزشکی هزینه های نگهداشت و تأمین لوازم و اقلام مصرفی دستگاه در مقابل درآمد دستگاه را بررسی می کند.
7. کارشناس تجهیزات پزشکی نحوه بررسی قابلیت های کیفی و مورد انتظار دستگاه ها مطابق با نیاز مرکز، پیش بینی راه های ارتقای قابلیت های تجهیزات پزشکی و لحاظ شیوه های اقتصاد سنجی تجهیزات پزشکی را بعد از بررسی تخصصی با توجه به پارامترهای مورد نظر کاربر، مرکز و اداره کل تجهیزات پزشکی تعیین کرده و در صورت نیاز در کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان مطرح می نماید.
8. مسئولین بیمارستان شرایط مناسب جهت شرکت کارشناسان تجهیزات پزشکی در نمایشگاه ها، کنگره های اختصاصی و کارگاه های آموزشی به منظور آشنایی با تکنولوژی جدید و به روز و ارتقای دانش فنی را فراهم می کنند.
9. کارشناس تجهیزات پزشکی به صورت مستمر، سایت ها و مجلات و ماهنامه های مربوط به تجهیزات پزشکی را مطالعه می کند تا از جدیدترین فن آوری ها و نوآوری ها و امکانات و دستگاه ها با کارایی بالاتر و جدید تر آگاه می شود.
10. کارشناس تجهیزات پزشکی، قیمت دستگاه های جدید یا به روز رسانی دستگاه های موجود در مرکز را برآورد کرده و بررسی می نماید.
11. کارشناس تجهیزات پزشکی پس از بررسی مشخص می نماید که آیا خرید دستگاه به صرفه تر است یا به روز رسانی دستگاه های موجود و آن را به تیم مدیریت اجرایی اعلام می نماید.
12. تیم مدیریت اجرایی براساس اولویت ارائه نسبت به انجام خرید یا ارتقا تصمیم گیری می کند.
13. بعد از دریافت بودجه تخصیص داده شده مراحل خرید یا بهبود و به روز رسانی توسط کارشناس تجهیزات پزشکی انجام میشود.
14. کارشناس تجهیزات پزشکی موظف به بررسی و پیگیری تجهیزات جدید منطبق با عملکرد مرکز و با جایگزینی دستگاه های کهنه و فرسوده با دستگاه های مناسب و با عملکرد بالاتر و مناسب ترودقیق تری میباشد.

1397/08/04
1404/02/27
1405/02/27
PR/EM/05/00

تاریخ اولین ابلاغ :
تاریخ آخرین بازنگری
تاریخ بازنگری بعدی:
کد سند :

دانشگاه علوم پزشکی اراک
مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج)
عنوان روش اجرایی : اقتصاد سنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش
بهره وری تجهیزات پزشکی



مسئولیت ها :

مدیر مرکز : نظارت بر اجرای صحیح کار

مدیر مالی : تامین هزینه ها

کارشناس تجهیزات پزشکی : پیگیری مراحل روش اجرایی

مستندات : مکاتبات انجام شده

ابلاغ کننده	تصویب کننده	تهیه کننده/ تهیه کنندگان
دکتر رضا شجاعی (ریاست بیمارستان)	عبدالصمد صمدی (مدیریت بیمارستان)	محبوبه عباسی (مسئول واحد تجهیزات پزشکی)
		