



دانشگاه علوم پزشکی اراک

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

عنوان روش اجرایی: استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً یکبار مصرف

تاریخ اولین ابلاغ :
تاریخ آخرین بازنگری
تاریخ بازنگری بعدی:
کد سند :

1395/10/12
1404/02/27
1405/02/27
PR/MM/14/06

عنوان روش اجرایی :

روش اجرایی استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً یکبار مصرف

دامنه:

- کلیه واحدهای درمانی، واحد کنترل عفونت، واحد تجهیزات پزشکی مصرفی

تعاریف و اصطلاحات:

-

هدف:

ارتقای ایمنی بیماران

فرد پاسخگو: روش ارزیابی:

سوپروایزر کنترل عفونت، ارزیابی از طریق مشاهده و مصاحبه

روش اجرا:

- 1- مسئولین واحدهای مختلف بیمارستان ملزومات مصرفی پزشکی را با پک استریل و برچسب حک شده شرکت تولید کننده بر روی آن و نیز با علایم یکبار مصرف بودن و نیز تاریخ انقضای معتبر از داروخانه بستری (قسمت تجهیزات پزشکی) دریافت می نمایند.
- 2- کارکنان درمانی آشنا به جایگذاری وسیله و استفاده برای بیمار، پک استریل ملزومات مصرفی پزشکی را پس از کنترل بسته بندی سالم و تاریخ انقضا، با شرایط استریل باز کرده و مورد استفاده قرار می دهند.
- 3- کارکنان درمانی ملزومات مصرفی پزشکی را پس از خروج از بدن بیمار در داخل سطل های زباله عفونی و یا سیفتی باکس بسته به نوع وسیله، ریخته و به هیچ عنوان دوباره استفاده نمی کنند.
- تذکر: برخی از ملزومات بسته به نوع آن پس از مدتی ماندن در بدن بیمار می بایست به دلیل از دست دادن خاصیت مواد آنها از بدن بیمار خارج و اوت گردد و از وسیله نوی دیگری جایگزین گردد.
- 4- مسئول بخش و یا مسئول شیفت بر تمامی مراحل بالا به صورت مستمر و نیز سوپروایزر کنترل عفونت به صورت دوره ای نظارت کرده و آموزش های لازم را به کارکنان ارائه می دهند.
- 5- سوپروایزرین بالینی، مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و سوپروایزر کنترل عفونت در بازدید از واحدهای مختلف بیمارستان این مورد را به صورت نامحسوس کنترل می کنند.

امکانات و تسهیلات مورد نیاز:

سیستم HIS



دانشگاه علوم پزشکی اراک

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

عنوان روش اجرایی: استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً یکبار مصرف

تاریخ اولین ابلاغ:

تاریخ آخرین بازنگری

تاریخ بازنگری بعدی:

کد سند:

1395/10/12

1404/02/27

1405/02/27

PR/MM/14/06

منابع:

- تجربه بیمارستان

- راهنمای استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانها دور پنجم 1401

تهیه کننده/ تهیه کنندگان		
مهندس محمود محصولی (مسئول تجهیزات پزشکی مصرفی)	محمد تقی جودکی (سوپروایزر کنترل عفونت)	دکتر سمیرا مشهدی (مسئول داروخانه)
ابلاغ کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
دکتر رضا شجاعی (ریاست بیمارستان)	کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان	دکتر سمیرا مشهدی (مسئول فنی داروخانه)